



测量仪器附带检查成绩书  
 详细信息参见 U-12 页

### 实例



### 选件

木箱  
 CI-300C 用 602160  
 CI-600C 用 602163

## 内径检测规 515 系列 CI

- 用作内径千分尺的设置基准。
- 量块由氧化锆陶瓷制成，品质和尺寸不会随使用时间流逝而发生变化。



515-585  
CI-300C

标准附件套装



V 型固定架 (2 个) 940286  
 辅助量块 10mm 2 个 602195  
 垫圈 2 个 600324  
 夹钳螺丝刀 1 个 600324

### 规格

货号	型号	测量范围	量块间距精度
515-585	CI-300C	25-300mm	±(1+L/150) μm L: 量块间长度 (mm)
515-586	CI-600C	25-600mm	

请注意底面和测量面之间不垂直。

### 尺寸

